

长春市计量检定测试技术研究院

Changchun Institute of Metrology

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: YB08170097 号
Certificate No.

客户名称: 吉林省肿瘤医院
Customer

器具名称: 医用吸引器
Name of Instrument

型号规格: 见第三页
Model / Type

器具编号: 见第三页
No. of Instrument

制造单位: 见第三页
Manufacture



批准人: 胡嘉
Approved by

核验员: 杨
Checked by

校准员: 韩青凯
Calibrated by

校准日期: 2017 年 03 月 14 日
Date of Calibration Year Month Day

地址(Add): 长春市硅谷大街928号(130012)
E-mail: cc_jly@163.com

电话(Telephone): (0431) 86936700
传真(Fax): (0431) 86936698



证书编号: YB08170097

Certificate No.

1. 本证书所出具的数据可溯源到国家计量基准

All data issued by this Certificate are traceable to national standards of Measurement

2. 校准所依据的技术文件:

Based on the type of documents

JJF(吉) 49—2011 医用吸引器校准规范

3. 校准所使用的主要计量标准器具:

Standards of Measurement used in the calibration

名称及本院编号 Name and No.	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/accuracy/Maximum Permissible Error	检定/校准单位及证书号 Verification or calibration Organization/Certificate No.	有效期至 Valid until
智能数字压力校验仪04-152	(-100~0) kPa	0.05级	长春市计量检定测试技术研究院 YB09170051	2017-12-28
气体质量流量计04-208	(0-50) L/min	0.5级	北京市计量检测科学研究院RB16Z-ZZ000563	2017-05-23
电气安全分析仪08-105	(0~1999) μ A	MPE $\pm$ 1.0%	吉林省计量科学研究院573211600	2017-11-16
电子秒表13-08	(0~3600)s	U_{rel} =0.03%, k =2	长春市计量检定测试技术研究院 DX35160093	2017-12-05

4. 校准地点: 住院部

Location for calibration

5. 环境条件:

Environmental condition

温度: 20.2°C
Temperature

相对湿度: 42%
Relative humidity

其它: 工作介质: 空气
Others

注: 本证书封面未加盖校准专用章无效

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page.

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
DFX-23D. I	/	常熟	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
DFX-23D. I	4942 内标	常熟	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	1998 80-2	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	1999 80-2	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
YX940D	071 内二	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
YBDX-23B	2710 201204	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测 (mA)
DFX-23D. I	2859 张之科	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测 (mA)
7A-23D	1B30 1830 张之科	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.001	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
9A-23D	7038 7038-1	金坛	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
YX940D	221613231 / 上海 茂和顺及茂和顺	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.001	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
9A-26D	0540 A-	金坛	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
DFX-23D. I	1313 700	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测(mA)
DFX-23D. I	5445 内三	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测(mA)
YX940D	1659 中	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测 (mA)
YB. DX23D	2536 中	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测 (mA)
YB-DX23B	1835 12/3	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
YB. MDX	2735 <i>内铁</i>	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/ <i>内铁</i>	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测 (mA)
YB. DX23D	2691 内物	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/ 内物	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/ 杨	江苏	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
YB. DX23D	5448	上海	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	上海	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.001	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
YB. DX23D	2343	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测(mA)
7A-23D	9861	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测(mA)
7A-23D	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测 (mA)
7A-23D	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测 (mA)
H002	/	富林	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测(mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测(mA)
YB. DX23D	037 物=科	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
YB. DX23D	1799 1799-1	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号: YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
7A-23B	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
7A-23D	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负值所用时间和负值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负值所用时间和负值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电电流检测 (mA)
YB. DX23D	0443	上海	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测 (mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第 5.1 条款要求	符合规范第 5.2 条款要求	符合规范第 5.3.1 条款要求	符合规范第 5.6 条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差 (MPa)	真空表回程误差 (MPa)	真空表轻敲位移变动量 (MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第 5.3.5 条款要求	-0.002	0.002	0.001	符合规范第 5.4 条款要求	符合规范第 5.5 条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

证书编号：YB08170097

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
DFX-23D. I	/	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.001	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

型号规格	出厂编号	制造厂	外观及工作正常性检查	密封性检测	真空表零值误差	漏电流检测(mA)
7A-23D	7346	江苏	符合规范第5.1条款要求	符合规范第5.2条款要求	符合规范第5.3.1条款要求	符合规范第5.6条款要求
真空表指针偏转平稳性	真空表示值误差(MPa)	真空表回程误差(MPa)	真空表轻敲位移变动量(MPa)	收集容器耐压强度检测	额定负压值所用时间和负压值自由气体流量检测	扩展不确定度
符合规范第5.3.5条款要求	0.002	0.002	0.001	符合规范第5.4条款要求	符合规范第5.5条款要求	$U=0.001$ MPa $k=2$

此证共计52台

以下空白
Blank